

HIOKI

AC クランプメータ CM3289

AC CLAMP METER CM3289

NEW

さらに狭い配線も サクッとクランプ

便利な機能、確かな性能はそのままに

AC クランプメータ 3280-20F がモデルチェンジ!

- ☑ センサ部をスリムにリニューアル!
新形状で挟みやすさ抜群

従来



CM3289



- ☑ オプションセンサで測定の幅が広がる!
隙間も太い配線もこれ 1 台で測定



Φ 130 mm
AC4200 A

AC フレキシブルカレントセンサ CT6280



原寸大



ポケットに入る薄さ



使用温度範囲
-25℃ ~ 65℃

どんな温度環境にも強い



コンクリート上
1 m 落下に耐える

落下衝撃に強い



測定
項目

~A
交流電流

~V
交流電圧

≡V
直流電圧

Ω
抵抗

⏏
導通



仕様

交流電流測定	真の実効値
測定レンジ	φ33mm以下
対地定格	クラン 電圧測定
交流電流	4200A
周波数帯域	40～500Hz
交流電圧	4200V
周波数帯域	45～500Hz
直流電圧	4200V
抵抗	4200Ω
導通	4200Ω ブザー
クロム	2500℃ へ直結

交流電圧測定	
交流電流測定	
直流電圧測定	
抵抗測定	
導通測定	
温度測定	
電圧降下測定	
電圧降下測定	
電圧降下測定	
電圧降下測定	

価格・オプション

製品名

形名(発注コード)

CM3289

付属品

CM3289
携帯用ケー
テストリ
コイン形!
取扱説明書



テストリード L920
(付属品, 短絡防止キャップ)
携帯用ケース 9398

AC フレキシブルカレ
(C0205, アタッチメント)
携帯用ケース C020
(CT6280 付属品, CM3289)
テストリードホルダ
(テストリードの片方を背)
コンタクトピン L45
小型ワニ口クリップ



交流測定方式について

真の実効値方式 (True RMS) 平均値方式 (MEAN)

平均値方式 (MEAN)

平均値方式の誤差は大きくて悪いクランプメータ AC クランプメータ 2280-10F

真の実効値方式

日置電機株

本社 TEL 0268-28-0555 F
〒386-1192 長野県上田市小泉 8
東北支店 TEL 022-288-1931 F
〒984-0011 仙台市若林区六丁の
長野支店 TEL 0268-28-0561 F
〒386-1192 長野県上田市小泉 8
首都圏支店 TEL 03-5256-2731 F
〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-
横浜オフィス TEL 045-470-2400 F
〒222-0033 横浜市港北区新横浜
厚木オフィス TEL 046-223-6211 F
〒243-0018 神奈川県厚木市中町

※このカタログの記載内容は2018年1月
※お問い合わせは最寄りの営業拠点または